



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

C-Flex® Braided 及びタイゴン 2475 IB のポリエステル製ブレード変更について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン アクロン工場では、ブレードチューブに使用するポリエステル製ブレードを変更します。詳細は以下のとおりです。

変更の説明

サンゴバン アクロン工場では、ポリエステル製ブレードのサプライヤーから現在使用中のポリエステル製ブレードが生産中止になる通知を受けました。代替メーカーは特定されており、アクロン工場では代替ブレードを検証する予定です。

適用範囲

対象は、以下のポリエステル製ブレードを使用しているブレードチューブになります。

製品	品番
C-Flex® Braided	ACC から始まる品番
タイゴン 2475 IB	ACX から始まる品番

変更の影響/リスク評価

チューブ材料に変更はないため変更の影響は極めて小さいと考えられますが、外観が変わる可能性があります。また変更への影響は変更実施までに検証される予定です。

実施予定

実施日は 2025 年第 1 四半期を予定しています。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2024 年 2 月 6 日

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス

〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5

TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002

Email : ls-japan@saint-gobain.com

【FLS-ALE-191-C0-02589】