



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

フィルター製品サポートのポリプロピレン変更について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン 杭州工場では、一部のフィルター製品サポートに使用しているポリプロピレン（PP）を変更します。詳細は以下のとおりです。

変更内容の説明

サンゴバン 杭州工場は原材料サプライヤーから当該 PP の製造中止を通知されました。杭州工場ではこのサプライヤーから以前より同等の PP を導入し使用しています。この度の通知を受け、製造中止となる PP を、導入済みの同等の PP に変更します。

適用範囲

対象は、Attachment I – Products Impacted に記載のフィルター製品になります。

影響/リスク評価

変更前後の PP は化学的に同一（CAS No. 9003-07-0）であり、各種証明、仕様、品番、ラベル等に変更はありません。またサンゴバン 杭州工場では、変更前後の材料およびフィルター機能の検証を実施し、同等性を確認しています。

実施予定

実施は 2024 年第 4 四半期と予想されます。原材料在庫が無くなり次第の変更になります。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2024 年 3 月 28 日
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002
Email : ls-japan@saint-gobain.com
【FLS-ALE-194-CN 2023-750-0010】