



## Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

### タイゴン 2375 の加工助剤使用中止について（更新 1）

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン アクロン工場は、タイゴン 2375 の加工助剤の使用を中止します（更新：検証が完了し、切り替え日が確定しました）。詳細は以下のとおりです。

#### 通知内容の説明

サンゴバン アクロン工場では、タイゴン 2375 の構成材料のサプライヤーから現状使用されている加工助剤の製造中止の通知を受け取りました。当該工場では当該加工助剤を使用しないチューブの製造を検討し、タイゴン 2375 への使用を 2025 年 4 月 10 日から中止します。

#### 適用範囲

対象は、以下のチューブになります。

製品	品番
タイゴン 2375	AJK から始まる品番

#### 影響/リスク評価

加工助剤を含まない原料を使用して製造された製品の主要な寸法および外観を検査し、仕様を満たしていることが確認されました。

また FDA および EU の食品接触規制への準拠が確認されました。また NSF-51 は継続されます。

本変更の食品衛生法適合への影響につきましては、今まで使用されていた物質をその使用されていた範囲内で使用して製造、輸入することから、引き続きポジティブリスト制度の経過措置の対象となります。

#### 実施予定

実施日は、2025 年 4 月 10 日からになります。製品製造日は添付書類（Certificate of Conformance）で確認できます。変更前の製品の在庫が消費されるまでの間、変更前後の製品が混在する場合があります。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2025 年 4 月 10 日  
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス  
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5  
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002  
Email : ls-japan@saint-gobain.com  
【FLS-ALE-197-CO-03431-1】