

滅菌方法

○: 適用可能 ×: 適用不可

製品	滅菌方法		
	オートクレーブ 0.1MPa (121°C) 30分	エチレンオキサイドガス	放射線 25kGy 以下
Tygon® 2375	×	○	○
Tygon® 2475	×	○	○
Tygon® 2475 I.B.	×	○	○
Versilon™ 2001	×	○	○
Tygon® LMT-55	○	○	×
Tygon S3™ E-3603	○	○	○
Tygon® 3350	○	○	○
Tygon® 3355-L	○	○	○
Tygon® 3370 I.B.	○	○	○
Tygon S3™ E-LFL	○	○	×
Tygon® F-4040-A	-	-	-
Tygon® SE-200	×	○	×
PharMed® BPT	○	○	○
PharmaPure®	○	○	○
Norprene® A-60-G	-	-	-
Norprene® A-60-F	○	○	○
Norprene® A-60-F I.B.	○	○	○
Fluran F-5500-A	-	-	-

ご注意)

蒸気滅菌後、透明なチューブが白く曇ることがありますが、乾燥すると元の透明な状態に戻ります。滅菌法の選択に際しましては、お客様ご自身で必ず確認試験を実施していただきますようお願いいたします。当社の日本語版のホームページ及び製品カタログは、英語版の内容を和訳したものです。日本語版の内容に英語版との相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されます。